smiths medical
bringing technology to life
donner vie à la technologie

Pro-Vent® Plus Luer avec aiguille Needle-Pro®

Mode d'emploi des seringues pour prélèvements artériels

Réf : 4629PE - 4619PE - 4645PE - 4698PE



Figure 1



Figure 2



Figure 3

Figure 4

1 Préparation de la seringue

Sortir la seringue du sachet.
Orienter si besoin le biseau de l'aiguille, sans retirer le capuchon protecteur, afin qu'il soit perpendiculaire au système de sécurité pour éviter toute gêne lors du prélèvement.
Pousser l'aiguille munie de son capuchon protecteur afin de fixer l'aiguille sur la seringue puis ôter le capuchon.
Positionner le piston sur le volume de sang souhaité.

2 Ponction

Procéder à la ponction artérielle sans aspirer : le sang reflue dans la seringue jusqu'au positionnement du piston.
Dépiquer d'une main et procéder au point de compression artérielle de l'autre main.
Mettre en sécurité l'aiguille souillée en rabattant sur un plan dur le capuchon orange (fig.1).

3 Mise en place du Filter Pro

Sortir le Filter Pro du sachet.
Emboiter le Filter Pro sur l'extrémité luer de la seringue (fig.2) et faire un quart de tour afin de sécuriser l'ensemble (fig.3).
Faire remonter les bulles d'air en tapotant la seringue.
Puis purger celle-ci doucement pour éliminer l'air du prélèvement grâce au Filter Pro : une résistance apparait au niveau du piston et le Filter Pro se colore de sang (fig. 4).
Système parfaitement étanche.

4 Acheminement

Procéder au mélange sang/héparine en roulant doucement la seringue entre les deux mains pendant 15 à 30 secondes.
Envoyer le prélèvement au laboratoire le plus rapidement possible et selon les procédures internes de l'établissement.

Smiths Medical France
3, rue du Pont des Halles 94656 RUNGIS Cedex Tel: 01 58 42 50 00 Fax: 01 58 42 50 50
www.smiths-medical.com

Pro-Vent Plus, Needle Pro, Filter Pro et Smiths Medical sont des marques déposées de Smiths Group plc.
SECUR16-Ed1011-RevB

JELCO®